



RICHTLIJN BEWAKING VAN DE INWENDIGE ARTERIO-VENEUZE FISTEL

1.4. Compressietechniek

Toelichting

Deze techniek kan de volgende aanvullende informatie verschaffen, wanneer het vermoeden bestaat dat er een stenose aanwezig is:

- *de drukken wijzigen niet of nauwelijks: geen aanwijzingen voor stenose*
- *daling van de arteriële druk: er is mogelijk sprake van een stenose in de anastomose (zie bijlage tekening A)*
- *oplopen van de veneuze druk: er is mogelijk sprake van een stenose hogerop in het afvoerende deel van de fistel (zie bijlage tekening B)*

Werkwijze

- Plaats de naalden ver genoeg uit elkaar
- Druk tussen de twee naalden met de vingers de shunt dicht, zodat het bloed niet kan recirculeren
- Voer de techniek uit bij de voorgeschreven bloedflow
- Onderneem verdere actie, indien er bijzonderheden zijn

Verslaglegging

- Werk de verslaglegging uit